DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

UDI-DI de bază: 5415174181210IntervalXXNG

ID actor/SRN: BE-MF-000019750

Producător:

VERMEIREN GROUP

Adresa:

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgia

declară pe propria răspundere că dispozitivele marcate CE:

Grup de produse:	Paturi electrice de îngrijire medicală
Scop preconizat: care pot fi	Paturi cu una sau mai multe secțiuni ale platformei de susținere a saltelei reglate în înălțime sau unghi; reglajele sunt efectuate de un mecanism electric acționat de ocupant sau de un asistent. (WHO ICF: d450, d460, d469, d498, d499)
ISO 9999	18 12 10
EMDN:	V08060106
Marcă:	Vermeiren
Tip:	Interval XXL

a fost clasificat drept clasa I, în conformitate cu anexa VIII (EU) MDR 2017/745, regula 13,

și este fabricat în deplină conformitate cu regulamentele și/sau directivele europene de mai jos, inclusiv cele mai recente modificări - și cu legea națională, care organizează aceste directive:

MDR (UE) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, directiva EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/EU

și este în conformitate cu părțile aplicabile ale următoarelor standarde internaționale:

EN IEC 60601-2-52:2015, EN IEC 60601-1:2005

Oraș, dată: Kalmthout, 2024-07-10

Semnătură:



Nume: Patrick Vermeiren

Funcție: CEO

VERMEIREN Group N.V.
Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout - Belgia
Tel. +32 3 620 20 20
B.T.W BE 0887.199.216
www.vermeiren.com | info@vermeiren.com

*Subsemnatul **Narcis Antonese**, traducător autorizat cu nr. **6822/2002**, certific conformitatea traducerii în limba română cu textul înscrisului în limba engleză care a fost vizat de mine.*

Traducător autorizat,
NARCIS ANTONESE

